

关于对西门子影像设备 DICOM 中文标准符合性 测试结果的告知函

国际 DICOM 标准中国委员会受 “医学数字影像通讯 (DICOM) 中文符合性测试规范” (编号 20140105) 课题组委托, 于 2015 年 2 月 10 日对上海西门子医疗器械有限公司型号为: SOMATOM Perspective 16-row 的 CT 模拟设备进行了 DICOM 中文标准符合性测试。

现将标准测试情况告知如下:

序号	测评内容		测试结果	应测数量 (个)	实测数量 (个)	符合数量 (个)	符合率
1	DICOM 中文封装规则	GB18030	符合	3	3	1	33%
		GBK	不符合				
		ISO 2022 IR 58	不符合				
2	数字影像通信基本数据集	数字影像通信基本数据集数据元	符合	38	38	26	68%

特此函告。



国际 DICOM 标准中国委员会

2015年2月13日